

## پیوست شماره ۱ - مشخصات فنی دکتورها و الزامات فنی

موضوع	مشخصات فنی	الزام (Standard Option)
<b>دکتور</b>	کمپانی سازنده	اصالت کالا ساخت کشورهای اروپای غربی، آمریکای شمالی و ژاپن باشد.
	تاریخ تولید دکتور	۲۰۲۱ به بعد
	سایز پیکسل	حداکثر ۱۷۵ میکرومتر
	سایز دو عدد دکتور ثابت	۱۷ × ۱۷ اینچ
	عمق بیت دکتور	۱۶ بیت
دکتور آمورف سیلیکون جنس سینتیلاتور یدید سزیوم (Csi) با آخرین تکنولوژی (ورژن)		
<b>WORK STATION امکانات و الزامات فنی و سایر الزامات فنی</b>	کنترل اتوماتیک اکسپوز (AEC (AUTOMATIC EXPOSURE CONTROL)	الزام برای تخت و بوکی استند
	سامانه اندازه گیری میزان دوز (DAP (DOSE AREA PRODUCT)	
	Grid دیجیتال (برای بوکی استند و تخت)	
	مانیتور ۲ مگاپیکسل	حداقل ۲۱ اینچ
	سخت افزار کامپیوتر	CPU: core i5 RAM: 8GB
	ظرفیت هارد دیسک	حداقل 1 TB
	وجود سیستم DVD/CD WRITING	کلیه الزامات سخت افزاری و نرم افزاری می بایست جزو سیستم باشد.
	قابلیت اتصال به HIS-RIS-PACS و تطابق با آن	
<b>نرم افزار</b>	کمپانی سازنده نرم افزار	دارای دانگل نرم افزار
	دارای کلیه امکانات نرم افزاری استاندارد	هیچ یک از اجزای نرم افزاری سیستم قفل شکسته نباشد.
	خروجی مناسب جهت فیلم لس شدن دستگاه	
	DICOM3	
	DICOM Store	
	DICOM send	
	DICOM print	
	MODALITY WORK LIST	
	Switching	
	به روز کردن نرم افزار تا پایان گارانتی بصورت رایگان	
	قابلیت سرویس ریموت نرم افزاری را داشته باشد.	
	آموزش کاربری	به صورت رایگان